

AirRevival N7-70 montageanvisning vid icke jordade eluttag

Denna situation kräver en anpassad AC/DC omvandlare där jordpunkten via en krokodilklämma kopplas till minus på 12V-sidan.



Jordkontakt skapas sedan genom att krokodilklämman får direkt väggkontakt via en liten spik/skruv i väggen (gäller enbart stenhus) eller att förbindelse skapas till vattenburen värmeradiator.

AirRevival-enheten placeras vid fotändan, dvs minst 1m från huvudändan.

Vid frågor kontakta KG
Rosén tel: 0733 722202,
info@neoventor.se
www.neoventor.se



Neoventor Medicinsk Innovation AB

Karantängsgatan 13
S-442 35 Kungälv, Sweden
info@neoventor.se

Tel/Fax:+46-(0)303-19810
Mobile:+46-(0)733 722202
www.airrevival.se

Org nr: 556281-4284
Int reg no: SE556281428401